

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”

07 stycznia 2020 r.

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” z dnia 31.12.2020 r.

Pytanie 1

Dotyczy : Wózek aktywny - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek aktywny o poniższych parametrach :

- długość wózka z podnóżkami 104 cm

- głębokość siedziska z możliwością regulacji - 44-52 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z podłokietnikami w formie osłon na koła, bez możliwości regulacji (poz.nr 12 i 13) - W wózku aktywnym standardowe podłokietnik bardzo przeszkadzają w samodzielnym poruszaniu się

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy dopuścicie Państwo łóżko rehabilitacyjne spełniające wymogi OPZ z siłownikami zakrytymi od strony pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4

Czy dopuścicie Państwo wózek inwalidzki aluminiowy który spełnia wymogi OPZ o długości całkowitej 104 cm oraz z możliwością dopasowania głębokości siedziska w zakresie 45-52 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy dopuścicie Państwo materac przeciwodleżynowy który spełnia wymogi OPZ o wadze materaca 4,7 kg, pobór mocy: 10 W? Materac ten posiada lepsze parametry w zakresie maksymalnego obciążenia (145kg).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 6

Czy dopuścicie Państwo materac przeciwodleżynowy który spełnia wymogi OPZ o wymiarach 198x86x6,5 cm? Materac ten jest przystosowany do większego obciążenia 130 kg.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 7

Czy dopuścicie Państwo chodzik który spełnia wymogi OPZ o zakresie regulacji wysokości 70-83 cm? Chodzik ten ma korzystniejsze parametry w zakresie obciążenia maksymalnego (136 kg).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”

Pytanie 8

Dotyczy :Poz. nr.4 - materac przeciwodleżynowy rurowy- 5 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac przeciwodleżynowy rurowy o poniższych parametrach:

- wymiary materaca rurowego 190 x 85 x 11,5 cm
- cykl przepompowania materaca 12 min.
- ciśnienie pompy 50-120 mm Hg
- waga materaca 5-5,5 kg
- waga pompy 1,6kg

Spełniające pozostałe parametry

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy :Poz. nr.5 - materac przeciwodleżynowy bąbelkowy - 5 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac przeciwodleżynowy bąbelkowy o poniższych parametrach :

- wymiary : 200 x 90 x 7 cm
- waga materaca 2,2-2,5 kg
- czas pełnego cyklu 12 min
- wydajność: 5-7 l/min.

Spełniające pozostałe wymagania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści materac o parametrze:

Cykl pracy pompy: zmiana co 5/6min. (całość cyklu 10min.)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

(-) Beata Cieśla

*P.O. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE*