

**„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”**

---

08 stycznia 2020 r.

**Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” z dnia 31.12.2020 r.**

**Pytanie 1**

Dotyczy :Poz. nr.4 - materac przeciwodleżynowy rurowy- 5 szt.

Pytanie : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac przeciwodleżynowy rurowy o poniższych parametrach:

**5. Dane techniczne**

Ten produkt jest biokompatybilny oraz certyfikowany CE.

Pompa:

Zasilanie: 230V/50Hz, pobór mocy 7W, bezpiecznik: 1A

Wydajność: 8 l/min. (40 – 100mmHg)

Poziom hałasu: poniżej 35dBA

Czas pełnego cyklu zmiany ciśnienia: 10 do 12 min.

Wymiary: 28cm(długość) x 15cm(szerokość) x 9cm(wysokość).

Waga: 1,4kg

Podkład:

Rurowy, 17 niezależnych komór, w tym 6 z mikrowentylacją

Wymiary: 190cm(długość) x 85cm(szerokość) x 11cm(wysokość).

Wyposażony w wyłogi ułatwiające stabilizację na łóżku.

Materiał: pokrycie wierzchnie: Nylon/PU, komory: Nylon/PVC.

Kolor: granatowy.

Waga: 4,7kg

Maksymalne obciążenie: 150kg.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2**

Chodzik z opcją transportu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chodzika o parametrach

Parametry techniczne

wymiary siedziska: 35,5 x 33cm

wysokość do siedziska: 54cm

szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 46cm

wysokość rączek: 79-91cm

szerokość całkowita: 60cm

długość całkowita (złożony podnózek): 67,5cm

długość całkowita (rozłożony podnózek): 92cm

szerokość (grubość po złożeniu): 33cm

waga: 8,2 kg

maksymalne obciążenie: 136kg

**„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”**



lub



**Dane:**

wysokość całkowita **82 do 98 cm**  
szerokość całkowita **61,5 cm**  
głębokość całkowita **84 cm**  
wysokość siedziska **54,5 cm**  
szerokość siedziska **34 cm**  
głębokość siedziska **34 cm**  
waga **9,36 kg**

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 3**

Chodzik zwykły

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chodzika o parametrach:

Balkonik rehabilitacyjny do naprzemiennego chodu wielofunkcyjny "3 w 1"



**Dane:**

wysokość całkowita w opcji z kółkami **76 do 94 cm**  
szerokość całkowita w opcji z kółkami **58,5 cm**  
głębokość całkowita w opcji z kółkami **51,5 cm**  
waga w opcji z kółkami **2,70 kg**

**Obciążenie do 120kg.**

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”

### Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Chudziaka o parametrach;

#### Twin-Light

##### Podpórka aluminiowa

Bardzo lekka podpórka składana wykonana z aluminium. **Waga całości to tylko 3 kg.** Stosunkowo duża średnica kółek pozwala na pokonywanie nierówności i poruszanie się po sztywnej nawierzchni.



#### Dane techniczne



760 - 950



570



570



540



400



390



3 kg



15°



130 kg

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chodzika o parametrach;



Balkonik przeznaczony jest dla osób z problemami pionizacji, ze schorzeniami narządów ruchu lub osób z problemem utrzymania równowagi podczas chodzenia. Balkonik zapewnia użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się.

- wykonany ze wzmocnionego aluminium
- wyposażony w zestaw dwóch kółek i stoperek
- 3 w 1; może pełnić rolę balkonika kroczącego na 4 stopkach, balkonika przestawnego, bądź balkonika o dwóch kółkach ułatwiającego poruszanie
- łatwy w składaniu i transporcie, składany przy pomocy jednego przycisku
- 8 stopni regulacji wysokości
- ergonomiczne uchwyty

Wysokość: 75-93cm 8 stopni regulacji, co 2 cm

Szerokość między uchwytami: 46 cm

Waga z kółkami: 2,650kg, ze stopkami: 2,35 kg

Głębokość: 40 cm

Grubość w stanie złożonym: 12cm

Średnica kół: 12,5 cm

Szerokość: (przód) 46 cm, (tył) 51cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### Pytanie 6

Wózek elektryczny pokojowo terenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z maksymalnym obciążeniem do 95 kg, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

(-) Beata Cieśla  
P.O. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE